

AVSU MODÜL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Elektrostatik Boyalı

Açıklama	Sıva Altı - Model No Ürün Kodu	Sıva Altı - Model No Ürün Kodu
3 Gazlı Alarmsız	AVSU-30 / 66.1871	AVSU-31 / 66.1873
3 Gazlı Alamlı	AVSU-30A / 66.1872	AVSU-31A / 66.1874
4 Gazlı Alarmsız	AVSU-40 / 66.1875	AVSU-41 / 66.1877
4 Gazlı Alamlı	AVSU-40A / 66.1876	AVSU-41A / 66.1878
5 Gazlı Alarmsız	AVSU-50 / 66.1879	AVSU-51 / 66.1881
5 Gazlı Alamlı	AVSU-50A / 66.1880	AVSU-51A / 66.1882

Alarm Ünitesi

Bölgesel Alan Alarmı

Basınç Switchleri

Yerel izlemeyi sağlamak için kutu içine basınç anahtarları monte edilebilir.

Servisler

Oksijen (O₂)

Medikal Hava 4 (MA4)

Medikal Hava 7 (MA7)

Azotprotoksit (N₂O)

Vakum (VAC)


Açıklama

ÜZÜMCÜ Bölgesel Vana Servis Ünitesi, hastanelerde kat bazında medikal gazların izolasyonunu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. AVSU modül ünitesi, EN ISO 7396-1 ve HTM 02-01 standartlarının gerektirdiği tüm özellikleri karşılamaktadır. İzolasyon; kurulum, bakım veya acil durum senaryoları için kullanılabilir.

Anestezik Gaz Toplama Santrali, skid monteli ve tamamen montajı tamamlanmış şekilde teslim edilir. Sistem testleri, sevkiyattan önce fabrika ortamında gerçekleştirilir.

Sınıflandırma


AVSU Modül Ünitesi, HTM 02-01, HTM 2022, EN ISO 7396-1 ve NIST EN ISO 18082 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.




AVSU MODULE TEK VE ÇİFT MOTOR SİSTEMİ SEÇENEĞİ

TEKNİK ÇİZİM

- 3 Gazlı
Alarmlı / Alarmsız



- 4 Gazlı
Alarmlı / Alarmsız



- 5 Gazlı
Alarmlı / Alarmsız

